

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Minimalny parametr	Wymaganie
Stan urządzenia	Fabrycznie nowe
Monitor	HD/Full HD
Porty głowic	Minimum 4
Głowice	Convex, liniowa, endokawitarna
Tryby	B, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler
Komunikacja	DICOM, Ethernet, USB
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Szkolenie	W cenie